



ATA DE PROSSEGUIMENTO DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO PRESENCIAL N.º 01/2018-SESA – AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS AO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE ANÁLISES CLÍNICAS DO MUNICÍPIO DE TIANGUÁ

Aos 02 (dois) dias do mês de Maio de 2018, às 13h:00 (treze horas), na sala de reuniões da Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Tianguá, sito à Av. Moisés Moita n.º 785, Bairro Planalto, nesta cidade de Tianguá-CE, reuniu-se o Pregoeiro Sr. Carlos Alexandre Aguiar de Vasconcelos, juntamente com a equipe de apoio, para **PROSSEGUIMENTO DA SESSÃO PÚBLICA do Pregão Presencial n.º 01/2018-SESA – AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS AO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE ANÁLISES CLÍNICAS DO MUNICÍPIO DE TIANGUÁ**, onde o pregoeiro tinha suspenso a sessão para almoço conforme ata anterior que retornaríamos para prosseguir com o certame às 13:00hs (treze horas). O pregoeiro neste momento veio retificar a ata anterior, pois onde-se ler, **às 12h:56min** ler-se **às 11h:56min**. Após o pregoeiro deu reinício à sessão partindo-se para a continuação dos lances. A PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA sagrou-se vencedora ainda dos itens 10, 11, 14 e 15. No item 16 sagrou-se vencedora a FRANCISCO DE A. F. DE PAULO ME, o Pregoeiro abriu o envelope de habilitação da licitante que apresentou os menores preços para conferir, analisar e verificar as documentações apresentadas, constatou-se portanto que a empresa apresentou o balanço em desacordo com edital pois apresentou o de 2016 e tudo conforme subitem 10.1.3 letra “b” **já exigíveis e apresentados na forma da lei** onde o próprio TCU estabelece 30 de abril como prazo máximo para apresentação de balanço patrimonial em licitações públicas, bem como conforme disposto no **Código Civil brasileiro (art. 1078, inciso I)**, o balanço patrimonial deve ser fechado ao término de cada exercício social e apresentado até o quarto mês seguinte, ficando portanto a empresa Inabilitada por não cumprir na íntegra todas as exigências editalícias. Deste modo ficando o item 16 FRACASSADO, pois não houve cotação das demais empresas no referido item. No item 17 a 22, a MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS, o Pregoeiro abriu o envelope de habilitação da licitante que apresentou os menores preços para conferir, analisar e verificar as documentações apresentadas, constatou-se portanto a empresa Habilitada por cumprir na íntegra todas as exigências editalícias. O pregoeiro informa que a LABTÉCNICA PRODUTOS PARA LABORATÓRIO EIRELI ME resolveu dar o lance no item 12 tendo em vista a empresa em primeira colocada não cobrir o valor do orçamento pela secretaria, no entanto, a empresa citada resolveu cobrir abaixo do orçamento pela secretaria sagrando-se vencedora do item 12 conforme mapa, assim como os itens 7, 9 e 13. O pregoeiro informou que ficou FRACASSADO também o item 8. Concluída as fases de lances para todos os itens, tendo-se os menores preços apresentados, e os máximos que as licitantes poderiam seguir conforme dito e após confrontados com os preços máximos admitidos pela Secretaria de Saúde conforme subitem 9.4 do edital e conforme mapa e tendo sido aceitáveis tudo conforme subitem 8.5.4 do edital. *“Definido o menor preço obtido para a contratação, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade da primeira classificada, quanto a exequibilidade ou excessibilidade, conforme o valor estimado para a contratação”* tendo examinado e aceito, e o pregoeiro usou tudo conforme subitem 23.11. *“As normas que disciplinam este pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, sem comprometimento da segurança do futuro contrato”*. Ato contínuo foi facultada a palavra as licitantes para manifestar-se sobre a intenção de interpor recursos, onde a licitante LABTÉCNICA PRODUTOS PARA LABORATÓRIO EIRELI ME manifestou a intenção de interposição de recursos onde a mesma cita que: **a empresa LABINBRAZ. COMERCIAL LTDA vencedora do item 3 não atende às especificações do instrumento convocatório**. Portanto ficaram cientes tudo conforme subitem 12, 12.1 do edital, quando lhe será concedido o prazo de 03 (três) dias para apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para apresentar contra razões, em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.

O Pregoeiro, então, anunciou as licitantes que apresentaram os menores preços ofertados para os itens,



conforme se pode comprovar no histórico, através do Quadro de Controle de Propostas/Lances, que foram as seguintes.

- 1) LABTÉCNICA PRODUTOS PARA LABORATÓRIO EIRELI ME para os itens conforme mapa em anexo: com o valor total de **RS 88.325,47(oitenta e oito mil e trezentos e vinte e cinco reais e quarenta e sete centavos);**
- 2) LABINBRAZ COMERCIAL LTDA para o item conforme mapa em anexo: com o valor total de **RS 28.000,00(vinte e oito mil reais);**
- 3) PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA para os itens conforme mapa em anexo: com o valor total de **RS 106.009,15(cento e seis mil e nove reais e quinze centavos);**
- 4) MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS para os itens conforme mapa em anexo: com o valor total de **RS 11.617,64(onze mil e seiscentos e dezessete reais e sessenta e quatro centavos);**

Perfazendo um total licitado de **RS 233.952,26(duzentos e trinta e três mil e novecentos e cinquenta e dois reais e vinte e seis centavos);**

No final desta sessão as licitantes foram informadas que deveram apresentar as propostas finais, adequando às propostas ofertadas por lances em que foram vencedoras, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas. Decairá do direito, a licitante que deixar de apresentar a proposta ofertada no prazo de 24(vinte e quatro) horas e/ou após prorrogação do prazo, após a declaração das propostas vencedoras, sendo considerada desistente, e arcando com todas as sanções previstas no edital.

O pregoeiro identificou que para assinatura desta, estavam ausentes os representantes das empresas: MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS e FRANCISCO DE A. F. DE PAULO - ME.

Nada mais havendo a registrar, deu-se por encerrada a sessão do Pregão às 14h50min (quatorze horas e cinquenta minutos), sendo lavrada a presente ata que vai assinada pelo Pregoeiro e licitantes presentes, para surtir seus efeitos legais.

Tianguá – CE, 02 de Maio de 2018.

PREGOEIRO E MEMBROS		
FUNÇÃO	NOME	ASSINATURA
Pregoeiro	Carlos Alexandre Aguiar de Vasconcelos	
Membro	Alexandro Cardozo da Silva	
Membro	Vanesson Passos de Jesus	

LICITANTES	ASSINATURA
LABINBRAZ COMERCIAL LTDA	
LABTÉCNICA PRODUTOS PARA LABORATÓRIO EIRELI ME	
PROHQSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA	

MAPA COMPARATIVO

PREGÃO Nº 01/2018-SESA

OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS AO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE ANÁLISES CLÍNICAS DO MUNICÍPIO



ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS	UNID.	QUANT.	VL. UNIT	VL. TOTAL	EMPRESA
ITEM 1	MICROSCÓPIO BINOCULAR PROFISSIONAL (Sistema ótica infinita (5f 60), distância parafocal de 60mm, correção de aberrações acromáticas, esféricas e tratamento anti-reflexo) Estativa construída em material resistente a corrosão e ao uso intenso, com formato que mantém a estabilidade do conjunto e sua imunidade a vibrações e trepidação. Platinas dotada de pinças duplas de fixação de lâminas com charriot graduado (vernier). Lâmpada de halogênio de 6V/20W ou 6V/30W Sistema de refoco que permite ao usuário trocar a lâmina sem necessidade de retoque manual para obtenção de foco. Dispositivo de trava anti quebra lâminas. Revolver para 04 objetivas com inclinação inversa (para trás). Tubo binocular ou trinocular. Faixa de aumentos de 40 a 1500X. Tubo binocular inclinado 45°. Oculares de 10 e 15X. Objetivas Planacromáticas de 4, 10, 40 e 100X. Dimensões da platina 216 x 150 mm. Condensador abbe 1.25, aceita filtros de 33mm, acompanha filtro azul. Iluminação 6V/20W. Acessórios opcionais: contraste de fase, campo escuro, sistema de fotografia, marcador de objetos, epifluorescência, etc.	UND	2	5.000,00	10.000,00	2 LABTÉCNICA PRODUTOS PARA LABORATÓRIO EIRELI ME
ITEM 2	CENTRÍFUGA (Centrifuga clínica para rotina laboratorial, com tampa reforçada, com dispositivo que não permite o funcionamento com a tampa aberta. Com pes de borracha tipo vianosa, rotor de ângulo fixo, com capacidade para 28 tubos de 10 e 15ml com adaptador para tubos menores, velocidade ajustável até 8.000RPM. Possui ajuste de velocidade com indicador digital até 7000 RPM e regulagem do tempo de centrifugação entre 0 e 60 minutos. Sua versatilidade permite operacionalmente que se trabalhe com tubos de 4ml até tubos de 15ml.)	UND	2	2.070,91	4.141,82	2 LABTÉCNICA PRODUTOS PARA LABORATÓRIO EIRELI ME
ITEM 3	APARELHO ANALISADOR AUTOMÁTICO DE HEMATOLOGIA com no mínimo 18 parâmetros: Leucócitos Totais(WBC), Linfócitos Relativos e Absolutos, Monócitos Relativos e Absolutos, Granulócitos Relativos e Absolutos, Hemácias Totais(RBC), Hemoglobina(HGB), Hematócrito(HCT), Volume Corpuscular Médio(VCM), Hemoglobina Corpuscular Média(HCM), Concentração de Hemoglobina Corpuscular Média(CHCM), Distribuição de Células(RDW), Plaquetas(PLT), Volume Plaquetário(MPV), Distribuição de Plaquetas(PDW), Trombócitos(PCT), Três Histogramas(Hemácias, Leucócitos e Plaquetas), Tela QVGA Touch Screen, Identificação Numérica, Alfa Numérica ou por Barcode, Velocidade de no mínimo 60 amostras-hora, Volume de amostra pequeno. Reagentes Utilizar três reagentes(Diluinte, Lisante e Solução Enzimática de Limpeza), Flags, Flags patológicos programáveis, Limites laboratoriais programáveis, Alerta de reagentes, Controle de Qualidade, Capacidade para seis lotes de controles, com 100 determinações por lote, Gráfico Levey-Jennings, Memória Para arquivos de pacientes incluindo informações demográficas e histogramas, Logs Status do Sistema, Monitoramento de Reagentes, Calibração, Controle de Qualidade e Serviço de Dados (AMPLA DISPUTA)	UND	1	28.000,00	28.000,00	LABINBRAZ.COMERCIAL LTDA
ITEM 4	APARELHO ANALISADOR AUTOMÁTICO DE BIQUÍMICA com capacidade até 100 testes cinéticos e ponto final por hora, testes fotométricos e com ISE. Rotor de amostras e reagentes refrigerado, limpeza automática das agulhas, detector de nível de líquidos e proteção contra colisões, sistema óptico com 8 comprimentos de onda 340-670nm, diluição automática das amostras anormais, leitor de código de barras, interface bidirecional, curvetas descartáveis, monitoramento do sistema e curvas de reação em tempo real, monitoramento do inventário de reagentes em tempo real. Parâmetros: Cardíacos: Creatina Quinase(CK), Creatina Quinase MB(CK-MB), Lactato Desidrogenase(LDH), Alfa-Hidroxi-butarato Desidrogenase (alfa-HBDH), Imunológicos, Imunoglobulina A(IgA), Imunoglobulina AG(IgG), Imunoglobulina M(IgM), Complemento C3(C3), Complemento C4(C4) e Proteína C Reativa(PCR) Lipídios: Colesterol(CT), Triglicérides(TG), HDL-Colesterol(HDL-C), LDL-Colesterol(LDL-C), Apolipoproteína A1(ApoA1), Apolipoproteína B(ApoB), Lipoproteína Áta(LPa) Hepáticas e Doenças Hepáticas: Alanina-Aminotransferase(ALT), Aspartato-Aminotransferase(AST), Fosfatase Alcalina(ALP), y-Glutamil Transferase(g-GT), Bilirrubina Direta(BD), Bilirrubina Total(BT), Proteína Total(PT), Albumina(ASLB), Ácidos Biliares Totais(TBA) e Pre-Albumina(PA) Renais: Úreia(U), Creatinina(Cr) e Ácido Úrico(Ac.U), Eletrolitos: Cálcio(Ca), Magnésio(Mg) e Fosfato Inorgânico(Pi), etc.	UND	1	60.000,00	60.000,00	2 LABTÉCNICA PRODUTOS PARA LABORATÓRIO EIRELI ME



ITEM 5	<p>Características técnicas com finalidade de higienização e esterilização, até 30 litros. Estrutura externa com chapa de aço revestida em epóxi eletrostático cor Cinza, câmara interna em aço inoxidável 430 com polimento tipo espelho. Câmara de aquecimento com circulação do ar por convecção natural. Porta com abertura para a direita, permitindo a fácil colocação e retirada dos materiais no interior da câmara. Porta com sistema magnético para oferecer um bom fechamento. Vedação da porta com perfil de silicone. 2 Trilhos na câmara interna para movimentar a bandeja. Faixa de trabalho até 200 °C. Controlador eletrônico microprocessado, programação e indicação digital da temperatura através de termômetro digital com as funções, programação de timer, set point e PID com auto-tuning, resolução de: 1°C. Dupla função de display sendo um para a programação e outro para indicação digital da temperatura. Timer com alarme sonoro Temperatura -mínima 15°C acima da temperatura ambiente. Homogeneidade do sistema, ± 4 °C. Sensor de temperatura tipo J conforme norma ASTM E 230. Termostato de segurança tipo capilar com bulbo graduado de 50 a 300°C regulável pelo operador. Sistema bi volt para a tensão de alimentação. Saída de fluxo de ar superior com orifício central para acomodação de termômetro. Acompanha 1 prateleira e manual de instruções. Cabo de energia elétrica com dupla isolamento e plug de três pinos, duas fases e um terra NBR 14136.</p>	UND	1	2.836,36	2.836,36	2 LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRELI ME
ITEM 6	<p>HOMÓGENIZADOR DE SANGUE. Equipamento e dotado de um acoplador móvel, que une o braço ao motor, que tem como função, fazer com que o motor gire em falso no caso do travamento involuntário do mesmo. Possuir chave de pausa para que possa ter facilidade em colocar ou retirar tubos de amostras. ESPECIFICAÇÕES: Capacidade: 28 Tubos; Velocidade: Ajustável entre 8 e 25 RPM; Presilhas: Aço inox polido; Chave pausa; Dispositivo de parada para colocar ou retirar tubos com simples toque.</p>	UND	1	1.098,17	1.098,17	4 PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA
ITEM 7	<p>AUTOCLAVE DIGITAL de 12 litros. Revestimento externo totalmente em material metálico revestido com pintura a pó, eliminando qualquer risco de oxidação e altamente resistente à variação de temperatura. Câmara de esterilização em aço inox altamente resistente à temperatura, pressão e oxidação. Controlador micro processado auto gerenciado, garantindo perfeito funcionamento durante o ciclo. Porta com sensores que iniciam o ciclo somente com a porta totalmente travada. Válvula de segurança contra pressão excessiva; Termostato de segurança que desliga a autoclave se houver superaquecimento. Manômetro digital 1 superior para Autoclave; 2 bandejas para o modelo de 12 litros. Especificações Técnicas: Voltagem: 127v ou 220v; Pressão de Esterilização (± 0,2 Kg/cm²): 1,2 Kg/cm² ou 2,2 Kg/cm²; Temperatura (± 1°C): 121°C ou 126°C; Tempos (mínimo): 15°C - 121°C (20 minutos) - 126°C (15</p>	UND	1	3.181,82	3.181,82	2 LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRELI ME
ITEM 8	<p>APARELHO LECTOR DE TIRAS DE URINA AUTOMÁTICO 11 parâmetros: Glicose, Bilirrubina, Cetona, Densidade, Sangue, pH, Proteína, Urobilinogênio, Nitrito, Leucócito, Vitamina C. Sistema aberto para uso de diversas marcas de tiras. Modo de teste único e contínuo. Lâmpada fria com alto brilho e longa duração, Tensão 85 - 264V automática, até 120 tiras/hora, armazenamento de resultados e recuperação automática de resultados, plataforma de deslizamento fácil de limpar e substituir, regra a transição possa ser conectado a impressora, comprimento de onda 450,550 e 650nm, temperatura: 10 a 30°C, Umidade: 20 a 80%RH.</p>	UND	1	FRACASSADO	FRACASSADO	FRACASSADO
ITEM 9	<p>DESTILADOR DE ÁGUA POR OSMOSE REVERSA. Equipamento desenvolvido com tecnologia de purificação de água, que consiste em colocar uma membrana do tipo composta de poliamida ou acetato de celulose entre um sistema de baixa pressão e um de baixa pressão. Capacidade de 10L/H. Sistema completo e composto de pré-filtro de sedimentos de 5 microns, filtro de carvão granulado ativado, filtro de carvão block, membrana de osmose reversa, filtro de carvão em linha, célula de polimento, sensor automático, torneira plástica, bomba de pressurização e reservatório pressurizado anaeróbio.</p>	UND	1	2.887,27	2.887,27	2 LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRELI ME
ITEM 10	<p>INCUBADOR DE TUBOS (Bloco em liga de alumínio, estruturado, polido e de alta durabilidade, sistema de ajuste automático de tensão 110/220Vac 50/60 Hz, teclado com chaves elétricas, display LED, gabinete plástico.)</p>	UND	1	2.171,37	2.171,37	4 PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA
ITEM 11	<p>CONTADOR DE CÉLULAS SANGÜÍNEAS. Visor digital, Registro de Leucócitos, informando valores totais e subtotais, Possibilidade de contagem de até 999 células, Contagem de ERITROBLASTOS em separado, alarme sonoro e bloqueio automático a cada 100 (cem) células contadas. Função TIMER com possibilidade de controle de tempos de até 9 horas e 59 minutos. Cronometragem de até 9 minutos e 59 segundos.</p>	UND	1	665,56	665,56	4 PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA
ITEM 12	<p>AGITADOR DE KLINE Tipo de agitação: horizontal circular. Velocidade ajustável (RPM): 40-350. Timer: 1min-120min. Tamanho da plataforma: 420x360mm. Raio de agitação orbital: 22mm. Tipo de controle: Digital. Peso máximo: 2.000g. Modo de operação: tempo/contínuo. Alimentação: 100-240 volt. Frequência: 60Hz.</p>	UND	2	1.950,00	3.900,00	2 LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRELI ME

ITEM 13	AGITADOR DE TUBOS VORTEX: Agitador para homogeneização de microtubos de 1.5ml a tubos de 50ml. Modo de operação determinação por botão contínuo ou toque (pulso), pes de Borracha para melhor aderência na bancada, gabinete em plástico ABS e base em ferro fundido, velocidade fixa de 2.800rpm, potência do motor: 60W, voltagem:110 Volts.	UND	2	689,10	1.378,20	2 LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRELI ME
ITEM 14	REFRIGERADOR PARA LABORATORIO 684L: Especificações Técnicas MPR-721-PA MPR-721R-PA- Prateleiras (L x P) 4 (565 x 604 mm) Gavetas (L x P) 5 (550 x 530 mm) - Faixa de temperatura 2°C a 23°C, ajustável em incrementos de 1°C. - Volume: 684 litros / 48,2 cu ft - Porta simples, Fechamento autom. material: vidro- Dimensões externas (L x P x A): 770 x 830 x 1955 mm / 30,3" x 32,7" x 77,0" - Dimensões internas (L x P x A): 650 x 710 x 1500 mm / 25,6" x 28,0" x 59,1" - Peso: 174 kg / 381,6 lbs. 193 kg / 425,5 lbs. - Alarme e Segurança: circuito de proteção contra temperatura alta / baixa, trava da temperatura, auto-teste, backup de memória	UND	2	31.786,09	63.572,18	4 PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA
ITEM 15	REFRIGERADOR 2°C A 8°C Volume: 700L Gabinete externo: aço carbono 1020 Gabinete interno: aço inox 304 polido com cantos arredondados para melhor assepsia Isolamento térmico: injeção de espuma de poliuretano com 65mm de espessura. Controle de temperatura: com certificado de calibração RBC INMETRO, painel digital exibindo todas funções: controle de temperatura, monitoração e visualização da temperatura no momento Sistema de aquecimento nas bordas para evitar formação de gelo e umidade. Sistema de alarme: audiovisual de porta aberta, falha na ventilação/indicador de limpeza de filtro, desvio de temperatura interna médio, entre outras anomalias do equipamento. Grade frontal: acesso frontal ao filtro do condensador facilitando sua manutenção e limpeza. Porta frontal: com gavetas, sistema de alívio de pressão interna facilitando a abertura das portas. Sistema de refrigeração: compressores herméticos de alta performance. Linha de silêncio total. Gases refrigerantes e isolante: utilizados são adquiridos direto com o fabricante. Rodízios: com freio para facilitar a locomoção. Fabricação do equipamento segue as normas e padrões de acordo com a ANVISA. Tensão elétrica: 220 volts e 60Hz	UND	1	38.501,87	38.501,87	4 PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA
ITEM 16	IMPRESSORA DE ETIQUETAS Tipo de impressão: Termo transferência ou térmica direta Velocidade de impressão: até 102mm/s ou 4pois Resolução: 203 dpi Largura de impressão máxima: 25,4 - 118mm Diâmetro interno rolo de etiqueta: 25,4mm - 38,1mm Diâmetro externo rolo de etiqueta: 127mm Tipo de Etiquetas: Etiqueta corte-vinco, com marca-preta, perfurada, formulário/sanfonada e contínuo/ recibo Espessura da etiqueta: 0,06 - 0,254mm Tipo de Ribbon: cera, resina ou misto (cera e resina) Características do ribbon - tinta no lado externo do ribbon Largura do Ribbon: 40mm a 110mm	UND	1	FRACASSADO		FRACASSADO
ITEM 17	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER PRETO E BRANCO	UND	2	730,47	1.460,94	3 MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS
ITEM 18	COMPUTADOR (DESKTOP-BÁSICO) Mouse: USB, 800DPI, 2 botões scroll (com fio) Font: compatível com o novo Sistema operacional: Windows 7 pro (64 bits) Garantia: mínima de 12 meses Teclado: USB, ABNT2, 107 teclas (com fio) Interfaces de rede: 10/100/1000 e wifi Interfaces de vídeo: integrada Processador: no mínimo INTEL CORE I3 ou AMD A10 Memória RAM: 4gb, DDR3, 1600MHz Disco rígido: mínimo de 500 GB Tipo de monitor: 18, 5" (1366x768) Unidade de disco ótico: CD/DVD ROM	UND	2	2.950,00	5.900,00	3 MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS
ITEM 19	ARMARIO DE AÇO PARA VESTIARIO 10 PORTAS	UND	1	890,00	890,00	3 MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS
ITEM 20	ESTANTE DE AÇO PARA ESCRITÓRIO	UND	2	163,17	326,34	3 MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS
ITEM 21	ARQUIVO Material de confecção: Aço Gavetas: 4 gavetas para pasta suspensa Deslocamento da gaveta: trilho telescópico	UND	2	730,00	1.460,00	3 MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS
ITEM 22	ARMARIO DE AÇO FECHADO 02 portas e 03 prateleiras	UND	4	395,09	1.580,36	3 MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS



LABINBRAZ COMERCIAL	28.000,00
2 LABTECNICA PRODUTOS	88.325,47
3 MARILENE DE	11.617,64
4 PROHOSPITAL	106.009,15
5 FRANCISCO DE A. F. DE	
TOTAL	233.952,26