



AVISO DE COTAÇÃO DE PREÇOS 200/2024

O Município de Tianguá, através do Setor de Compras, Cotação de Preços e Cadastro de Prestadores de Serviços e Fornecedores toma público para conhecimento de interessados, que estará recebendo, em até 02 (dois) dias a partir desta publicação, com prazo de resposta conferido ao fornecedor compatível com a complexidade do objeto a ser licitado, não se estipulando prazo inferior a 02 (dois) e não superior a 05 (cinco) dias, de acordo com o inciso IV, parágrafo 6º, artigo 5º do decreto municipal nº 21/23. **AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES HOSPITALARES PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E TODOS OS SETORES A ELA VINCULADOS.** Tianguá-CE, 11 de julho de 2024. Francisco Jacinto de Sá – Encarregado do Setor de Compras.

MODELO DE PROPOSTA A SER APRESENTADA

PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA (a proposta de preços deverá vir com o papel timbrado da empresa).

À PREFEITURA MUNICIPAL DE TIANGUA

Interessado: Secretaria Municipal de Finanças

Ao: Setor de Compras

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES HOSPITALARES PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E TODOS OS SETORES A ELA VINCULADOS

EMPRESA:
CNPJ:
TELEFONE: () / () E-MAIL:
END: N°
BAIRRO/LOCALIDADE: CEP:
CIDADE: ESTADO:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QTD	MARCA	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	ANTROPOMETRO HORIZONTAL. ESCALA NUMÉRICA EM CENTÍMETROS, COM GRADUAÇÃO (PRECISÃO) DE 1 MM. ESCALA NUMÉRICA COM, NO MÍNIMO, 100 CM ÚTEIS (O TAMANHO TOTAL DA ESCALA PODE VARIAR CONFORME O MODELO E O FABRICANTE, CONTUDO DEVE PERMITIR A	UND	25			



	MEDIÇÃO DE INDIVÍDUOS COM, NO MÍNIMO 100 CM DE COMPRIMENTO). ESCALA NUMÉRICA COM INDICAÇÃO DA DEZENA (EM NÚMEROS MAIORES) A CADA 10 CM. CURSOR (HASTE MÓVEL) COM, NO MÍNIMO, 5 CM DE LARGURA E 25 CM DE COMPRIMENTO; COM DESLIZAMENTO SUAVE E ESTÁVEL. DEVE-SE MANTER UM ÂNGULO DE 90 GRAUS COM A ESCALA NUMÉRICA DURANTE TODA A MEDIÇÃO, PODENDO HAVER UM REFORÇO NA PARTE DA HASTE MÓVEL QUE DESLIZA PELA ESCALA NUMÉRICA, A FIM DE GARANTIR A MANUTENÇÃO DA CORRETA ANGULAÇÃO DURANTE SEU DESLOCAMENTO PARA CIMA OU PARA BAIXO. BASE (HASTE FIXA) COM, NO MÍNIMO, 10 CM DE LARGURA E 25 CM DE COMPRIMENTO.				
2	ANTROPOMETRO VERTICAL FIXO. ESCALA NUMÉRICA EM CENTÍMETROS, COM GRADUAÇÃO (PRECISÃO) DE 1 MM. ESCALA NUMÉRICA COM, NO MÍNIMO, 220 CM ÚTEIS (O TAMANHO TOTAL DA ESCALA PODE VARIAR CONFORME O MODELO E O FABRICANTE, CONTUDO DEVE PERMITIR A MEDIÇÃO DE INDIVÍDUOS COM, NO MÍNIMO, 220 CM DE ESTATURA). ESCALA NUMÉRICA COM INDICAÇÃO DA DEZENA (EM NÚMEROS MAIORES) A CADA 10 CM. CURSOR (HASTE MÓVEL) DE METAL, REMOVÍVEL, COM DESLIZAMENTO SUAVE E ESTÁVEL (APÓS O EQUIPAMENTO SER FIXADO NA PAREDE, O CURSOR DEVE FORMAR UM ÂNGULO DE 90 GRAUS COM A ESCALA NUMÉRICA E MANTER ESSA ANGULAÇÃO DURANTE TODA A MEDIÇÃO). CURSOR (HASTE MÓVEL) COM, NO MÍNIMO, 5 CM DE LARGURA E 25 CM DE COMPRIMENTO. FIXAÇÃO NA PAREDE POR MÚLTIPLOS PONTOS (PARAFUSOS NAS EXTREMIDADES	UND	25		



	SUPERIOR E INFERIOR).					
3	DETECTOR FETAL PORTÁTIL DIGITAL. TRANSDUTOR DE ALTA SENSIBILIDADE; COMPACTO, LEVE E FÁCIL OPERAÇÃO; ALTO-FALANTE DE ALTA PERFORMANCE; ENTRADA PARA FONE DE OUVIDO, GRAVADOR DE SOM OU COMPUTADOR; DESIGN ERGONÔMICO E COMPARTIMENTO PARA TRANSDUTOR; BOTÃO LIGA/DESLIGA E CONTROLE DE VOLUME E DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO; TELA DE LCD PARA VISUALIZAÇÃO NUMÉRICA DO BATIMENTO CARDÍACO FETAL; ALIMENTAÇÃO POR 2 PILHAS AA DE 1,5V; SENSIBILIDADE A PARTIR DE 10-12 SEMANAS.	UND	125			
4	ESFIGMOMANÔMETRO APARELHO DE PRESSÃO PREMIUM INFANTIL. ACOMPANHA ESTOJO. CARACTERÍSTICAS:- POSSUI SELO DO INMETRO- MANGUITO E PÊRA EM PVC- BRAÇADEIRA PARA APARELHO DE PRESSÃO EM NYLON- FECHO EM TIRAS DUPLAS ADERENTES- BRAÇADEIRA PARA CIRCUNFERÊNCIA DE BRAÇO DE 10 À 18 CM (1 À 7 ANOS).- ACOMPANHA ESTOJO PARA VIAGEM	UND	82			
5	ESFIGMOMANÔMETRO PARA OBESO COM BRAÇADEIRA 34 X 52 CM. 01 APARELHO DE PRESSÃO OBESO (34 A 52CM) EM NYLON COM FECHO DE CONTATO BIC - NEW INNOVA PLUS; 01 BOLSA PARA ACONDICIONAMENTO; 01 MANUAL DE INSTRUÇÕES; 01 CERTIFICADO DE GARANTIA VÁLIDO POR 3 ANOS.	UND	55			
6	ESTETOSCÓPIO INFANTIL	UND	85			
7	LANTERNA DE LED PROFISSIONAL PORTÁTIL PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO, EXAME OFTALMOLÓGICO, CANETA DE VERIFICAÇÃO DE PUPILA, LUZ PARA MÉDICO ENFERMEIRO	UND	47			
8	LARINGOSCÓPIO ADULTO. 5 LÂMINAS AÇO INOX	UND	05			
9	LARINGOSCÓPIO CONVENCIONAL	UND	05			



	PEDIÁTRICO COM 3 LÂMINAS.					
10	RÉGUA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL MADEIRA. RÉGUA ANTROPOMÉTRICA PEDIÁTRICA CONSTITUÍDA EM MARFIM, MEDINDO 1 METRO DE COMPRIMENTO E MANDÍBULA RETRÁTIL, CONTENDO MARCAÇÃO EM MILÍMETROS, SUPER PRÁTICA E LEVE COM ESCALA DE 100 CM GRADUAÇÃO EM MILÍMETROS NUMERADAS A CADA CENTÍMETRO. ESPECIFICAÇÕES: - MADEIRA MARFIM; - 1 METRO DE COMPRIMENTO; - POSSUI MARCADOR REMOVÍVEL; - INDICADO PARA MEDIR CRIANÇAS; - RÉGUA ANTROPOMÉTRICA PEDIÁTRICA; - CONSTITUÍDA EM MADEIRA MARFIM PADRÃO.	UND	30			
11	CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA (EQUIPO, SUGADOR, REFLETOR) - CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA, ESTRUTURA CONSTRUÍDA EM AÇO MACIÇO, COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E REVESTIDA EM POLIESTIRENO ALTO IMPACTO, PROPORCIONA MAIOR SEGURANÇA, RESISTÊNCIA E DURABILIDADE AO CONJUNTO. ACIONAMENTOS PELO PEDAL - PROGRAMAÇÃO DE TRABALHO. -ACIONAMENTO DO REFLETOR COM AJUSTE DA INTENSIDADE. -VOLTA AUTOMÁTICA À POSIÇÃO ZERO, COM MOVIMENTOS SINCRONIZADOS. SUBIDA E DESCIDA DO ASSENTO. - SUBIDA E DESCIDA DO ENCOSTO. -INTERRUPÇÃO DOS MOVIMENTOS DA CADEIRA AO ACIONAR QUALQUER TECLA. TRÊS PROGRAMAÇÕES DE TRABALHO COM MEMORIZAÇÃO DO STATUS DO REFLETOR; ESTOFAMENTO AMPLO, COM APOIO LOMBAR RESSALTADO, MONTADO SOBRE ESTRUTURA RÍGIDA RECOBERTA COM POLIURETANO INJETADO DE ALTA RESISTÊNCIA, REVESTIDO COM	UND	20			



	MATERIAL LAMINADO, SEM COSTURA. FILTRO DE DETRITOS DE FÁCIL ACESSO PARA LIMPEZA. AMBIDESTRO TERMINAIS: NOMÍNIMO 3 CABECEIRA: BIARTICULADACOMANDO DA CADEIRA: PEDAL EQUIPO:ACLOPLADO PNEUMÁTICO ACOPLADOREFLETOR: MULTIFOCAL (MAIS DE UMAINTENSIDADE) CUBA: PORCELANA/CERÂMICA UNIDADE AUXILIAR: 2 SUGADORES SERINGA TRÍPLICE: POSSUI CANETA DE ALTA ROTAÇÃO: POSSUICONTRA ÂNGULO: POSSUI PEÇA RETA:POSSUI MICRO MOTOR: POSSUI.					
12	COMPRESSOR DE AR ODONTOLÓGICO. ISENTO DE ÓLEO, EQUIPADO COM FILTRO REDUTOR DE RUÍDOS. POSSUI RODAS E ALÇAS QUE FACILITAM O TRANSPORTE. 220V. POTÊNCIA DO MOTOR: 2 HORSEP – 1,5 KW. NÚMERO DE POLOS: 4. VOLUME DO RESERVATÓRIO: 50 L	UND	20			
13	EQUIPO KART ODONTOLÓGICO COM 03 TERMINAIS + SERINGA TRIPLICE - POLIDO. AMBIDESTRO, MONTAGEM PARA DESTROS MODELO COM 04 TERMINAIS DE SÉRIE, SENDO 01 TERMINAL COM SERINGA TRÍPLICE E 03 TERMINAIS BORDEN (PARA ALTA OU BAIXA ROTAÇÃO) E SUPORTA ATÉ 06 OS INSTRUMENTOS, COM OPCIONAIS (QUE SÃO: MICRO MOTOR ELÉTRICO, FOTOPOLIMERIZADOR, E ULTRASSOM), BEM COMO OS MECANISMOS QUE PERMITEM QUE ESTES INSTRUMENTOS FUNCIONEM. ESTES INSTRUMENTOS ATIVOS, NORMALMENTE CHAMADOS DE PEÇAS DE MÃO, UTILIZAM PARA O SEU FUNCIONAMENTO, LÍQUIDO PARA REFRIGERAÇÃO (ÁGUA), AR COMPRIMIDO E ELETRICIDADE. EQUIPO ODONTOLÓGICO CART COM UNIDADE RODANTE COM QUATRO RODÍZIOS DUPLOS DE ALTA RESISTÊNCIA, MONTADO EM	UND	20			



	<p>PEDESTAL TUBULAR TOTALMENTE EM AÇO, SUPER ESTÁVEL, TRATADO COM BANHOS ANTIOXIDANTE E ANTIFERRUGINOSO, COM PINTURA LISA RESISTENTE E DE ALTO, ACABAMENTO EM POLÍMERO DE ALTO IMPACTO, ACOMPANHA BANDEJA DUPLA DE INOX COM ABAS LATERAIS. SERINGA TRÍPLICE COM BOTÕES DE ACIONAMENTO PARA ÁGUA, AR E SIMULTANEAMENTE SPRAY. TERMINAIS PARA ACOPLAMENTO DAS PONTAS TIPO BORDEN UNIVERSAL, COM ACIONAMENTO PNEUMÁTICO, PARA UMA ALTA ROTAÇÃO REFRIGERADA E UM MICRO MOTOR DE BAIXA ROTAÇÃO COM REFRIGERAÇÃO. RESERVATÓRIO DE ÁGUA PRESSURIZADA, COM BOCAL DE NYLON PARA EVITAR OXIDAÇÃO E DETERIORAÇÃO AO LONGO DO TEMPO COM CAPACIDADE PARA 500ML, SUPORTE DE PONTAS COM ABERTURA E FECHAMENTO PNEUMÁTICO AUTOMÁTICO E SELEÇÃO AUTOMÁTICA DAS PONTAS. SISTEMA DE VÁLVULAS PNEUMÁTICAS INDIVIDUAIS PARA CADA PONTA. PEDAL ÚNICO DE ACIONAMENTO EM QUALQUER POSIÇÃO COM SISTEMA PROGRESSIVO. SUPORTES DE PONTAS INJETADOS E POSICIONADOS EM ÂNGULO PARA FACILITAR O MANUSEIO E EVITAR A QUEDA DAS PEÇAS DE MÃO. PUXADORES LATERAIS OU CENTRAL EM ALUMÍNIO E CANHOTOS.</p>				
14	<p>ULTRASSOM + JATO DE BICARBONATO ODONTOLÓGICO. EQUIPAMENTO COM VÁRIAS APLICAÇÕES. NA TRASEIRA DO EQUIPAMENTO FICA LOCALIZADA A CHAVE GERAL. ENTRADA DE ÁGUA E AR DIFERENTES PARA EVITAR LIGAÇÃO INVERTIDA. PEDAL DE ACIONAMENTO ÚNICO. TECNOLOGIA: PROPORCIONA</p>	UND	20		



	<p>REGULAGEM PRECISA ATRAVÉS DA AMPLA VARIAÇÃO DO FLUXO DE ÁGUA. PERMITE TRABALHOS SEM REFRIGERAÇÃO. APRESENTA ILUMINAÇÃO INTERNA DO RESERVATÓRIO DE BICARBONATO PARA FACILITAR A VISÃO DO VOLUME DE BICARBONATO. TRANSDUTOR DO ULTRASSOM PIEZOELÉTRICO ATRAVÉS DE PASTILHAS CERÂMICAS COM FREQUÊNCIA DE 32.000HZ ESTABILIZADO ELETRONICAMENTE. CANETA DE ULTRASSOM COM LED, TAMBÉM CONTA COM UMA CAPA DE SILICONE DA CANETA QUE PODE SER REMOVÍVEL E AUTOCLAVÁVEL. SELETOR AUTOMÁTICO DO MODO DE OPERAÇÃO AO RETIRAR UMA DAS CANETAS DO SUPORTE: ULTRASSOM OU JATO DE BICARBONATO. CANETA JATO DE BICARBONATO QUE APRESENTA UM DESIGN EXCLUSIVO. ULTRASSOM: AJUSTE NO PAINEL SENSÍVEL E PRECISO DE SUA POTÊNCIA E DO FLUXO DE REFRIGERAÇÃO. EXECUTA PROCEDIMENTOS SEM USO DE REFRIGERAÇÃO, COMO: CONDENSAÇÃO DE AMÁLGAMA, CIMENTAÇÃO DE ONLAYS/INLAYS. ALTA FREQUÊNCIA NA PONTA ATIVA. AJUSTE DE POTÊNCIA DO ULTRASSOM LINEAR ENTRE 0% E 100%. ACOMPANHAM O EQUIPAMENTO: PONTAS T1, T2, T3 E T4. JATO DE BICARBONATO: PEÇA DE MÃO METÁLICA, REMOVÍVEL E COM PONTEIRA AUTOCLAVÁVEL. CONFECCIONADA EM ALUMÍNIO ANODIZADO. BOA RESISTÊNCIA AOS PROCEDIMENTOS DE DESINFECÇÃO. APRESENTA PONTEIRA DE LONGO ALCANCE. FILTRO DE AR COM DRENAGEM AUTÔMÁTICA. TAMPA DO RESERVATÓRIO DE BICARBONATO COM PROPRIEDADE DE VISUALIZAÇÃO DE CONTEÚDO.</p>				
15	BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO.	UND	40		



	MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO INOXIDÁVEL; APOIO DO BRAÇO: AÇO INOXIDÁVEL; TIPO: PEDESTAL ALTURA REGULÁVEL					
16	CADEIRA MOCHO SEM ENCOSTO BASE GIRATÓRIA EM NYLON, POSSUI: ESPUMA INJETADA NO ASSENTO E PISTÃO A GÁS.	UND	20			
17	CADEIRA MOCHO. BASE GIRATÓRIA EM NYLON, POSSUI: ESPUMA INJETADA NO ASSENTO E NO ENCOSTO E PISTÃO A GÁS.	UND	20			
18	CAMA HOSPITALAR MOD 1037S. MOVIMENTOS: ELEVÇÃO DORSAL, FOWLER, SEMI-FOWLER, FLEXÃO DE PERNAS, CARDÍACO E SENTADO, TRENDELEMBURG, PROCLIVE, POSIÇÃO POLTRONA. REGULAGEM DE ALTURA (56 A 78CM). INCLINAÇÃO DO LEITO DE 55º GRAUS. ACIONAMENTO ATRAVÉS DE MOTORES ELÉTRICOS BIVOLT, COM CONTROLE REMOTO. ESTRUTURA EM AÇO CARBONO COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO E ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ. CABECEIRAS REMOVÍVEIS EM MATERIAL INJETADO DECORATIVO. ACOMPANHA GRADES EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO INJETADO. BASE REVESTIDA EM CARENAGEM DECORATIVA. RODÍZIOS DE 4" COM FREIOS. CAPACIDADE MÁXIMA: 150KG. DIMENSÕES ÚTEIS: 1,90 X 0,90.	UND	12			
19	CARRINHO DE EMERGÊNCIA C/4 GAVETAS. EM CHAPA DE AÇO EM PINTURA EPÓXI, ESTRUTURA REFORÇADA, 4 RODÍZIOS DE 3" GIRATÓRIOS, SENDO 02 COM FREIOS, COM 4 GAVETAS SENDO A 1º COM 20 DIVISÓRIAS E AS OUTRAS TRÊS, PARA USO GERAL. MESA SUPERIOR EM AÇO INOX PARA PREPARAÇÃO DE MEDICAMENTOS. POSSUI SISTEMA DE TRAVAS NAS GAVETAS; 02 RODÍZIO GIRATÓRIOS COM FREIOS; 1º GAVETA COM 20 DIVISÓRIAS PARA MEDICAMENTOS; FACILIDADE PARA O TRANSPORTE E ACOMODAÇÃO DE	UND	05			



	ARTIGOS MÉDICO-HOSPITALARES; POSSUI SUPORTE PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO DE 3 LITROS. ACOMPANHA SUPORTE PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO; SUPORTE PARA SORO; SUPORTE PARA CARDIOVERSOR OU DESFIBRILADOR; TÁBUA PARA MASSAGEM CARDÍACA E TOMADA ELÉTRICA. NÃO ACOMPANHA MATERIAIS E MEDICAMENTOS.					
20	ESCADA COM DOIS DEGRAUS EM AÇO OU FERRO PINTADO.	UND	111			
21	FOCO GINECOLÓGICO COM ESPELHO E HASTE FLEXÍVEL E LÂMPADA LED	UND	25			
22	FOCO REFLETOR PARABÓLICO LUZ FRIA EM AÇO INOX. TRIPÉ EM AÇO INOX, COM RODÍZIOS, BASE EM TUBO DE AÇO INOX, HASTE FLEXÍVEL E CABEÇA CROMADA, ALTURA MIN. 1,250 MM, ALTURA MAX. 1,600MM.> LAMPADA SUPERLED. > BIVOLT AUTOMÁTICO. > LUZ BRANCA FRIA 6400K. >SEM EMISSÃO DE UR E IR. >ECONOMIZA 90% DE ENERGIA. > POTENCIA EQUIVALENTE 50 WATTS.	UND	75			
23	MACA DIVÃ PARA AMBULATÓRIO PRÓPRIO PARA EXAMES, AVALIAÇÕES MÉDICAS, REPOUSO, FISIOTERAPIA. ESTRUTURA: CONFECCIONADA EM TUBOS DE AÇO DE CARBONO DE 1,20 MM, E OS PÉS POSSUEM PONTEIRAS DE BORRACHA. LEITO: É FEITO EM MADEIRA COM ESPUMA DE 5 CM, REVESTIDA EM COURVIN, E CABECEIRA POSSUI REGULAGEM DE ALTURA ATRAVÉS DE CREMALHEIRAS. ACABAMENTO: PINTURA ELETROSTÁTICA FEITO COM PÓ E O INTERIOR SOFRE TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO. ALTURA: 80 CM; LARGURA: 60 CM; COMPRIMENTO: 180 CM; PESO: 16 KG; SUPORTA ATÉ: 90 KG	UND	10			
24	MACA RETRATIL DE ALUMINIO. CARACTERÍSTICAS: MACA RETRATIL, TODA ESTRUTURADA E ADAPTADA PARA QUE APENAS UMA PESSOA POSSA TRANSPORTAR O PACIENTE	UND	05			



	<p>PARA DENTRO E FORA DA AMBULÂNCIA; TODA EM ALUMÍNIO; REGULAGEM CABECEIRA PARA MELHOR POSIÇÃO AO PACIENTE; CONJUNTO DE TRAVAMENTO DA MACA NA AMBULÂNCIA TESTADO EM LABORATÓRIO; SISTEMA DE DESARME DE FÁCIL MANUSEIO EM SUA ABERTURA E FECHAMENTO; POSSUI SISTEMA ANTI-QUEDAS, PARA MAIS CONFIABILIDADE E SEGURANÇA DOS PACIENTES. TRÊS CINTOS DE SEGURANÇA METÁLICO, ALTAMENTE RESISTENTE; COLCHONETE EM MATERIAL IMPERMEÁVEL FECHADO ELETRONICAMENTE PARA MELHOR HIGIENIZAÇÃO; DIMENSÕES: ALTURA MÍNIMA – 460 MM; ALTURA MÁXIMA – 980 MM; LARGURA – 550 MM ALÇA A ALÇA; COMPRIMENTO DO LEITO – 1750 MM – 1955 MM; CAPACIDADE DE CARGA – 200 KG; PESO BRUTO DO PRODUTO – 35 KG; CASO SEJA UTILIZADO EM VEÍCULO SERÁ NECESSÁRIO O ENVIO DO ANO / MODELO DO VEÍCULO, MEDIDAS INTERNAS / RECUO/ ALTURA DO PISO EM RELAÇÃO AO CHÃO, CASO SEJA AMBULATORIO A MEDIDA SERÁ PADRONIZADA : 1.80 X 0,55</p>					
25	<p>MESA AUXILIAR PINTURA EPÓXI 60X40X80CM COM RODIZIO. PESO: 6KG. PÉS TUBULARES 3/4 EM PINTURA EPÓXI COM RODIZIO DE 2", TAMPO E PRATELEIRA EM PINTURA EPÓXI. DIMENSÕES EXTERNAS APROXIMADAS: COMPRIMENTO: 60CM, LARGURA: 40CM, ALTURA: 80CM, ESPESSURA DA CHAPA: 0,61 MM BITOLA 24#, CUBAGEM: 0,192 M³</p>	UND	45			
26	<p>MESA GINECOLÓGICA EM AÇO CAP 120KG. MODELO STANDARD ARMAÇÃO E GAVETA EM PINTURA EPÓXI, LEITO FIXO TOTALMENTE ESTOFADO EM CORINO. ACOMPANHA PAR DE PORTA-COXA ESTOFADO COM HASTE EM AÇO ZINCADO E SUPORTE PARA BALDE</p>	UND	20			



	EM PINTURA EPÓXI. ASSENTO FIXO, ENCOSTO E PESEIRA REGULÁVEIS. CAPACIDADE MÁXIMA: 120KG.				
27	MESA MAYO AUXILIAR HOSPITALAR AÇO INOX - CLÍNICA - RODÍZIOS. ARMAÇÃO TUBULAR COM RODÍZIOS DE 2 TOTALMENTE DE INOX ALTURA REGULÁVEL POR ROSETA. ACOMPANHA BANDEJA EM AÇO INOX. ALTURA MÍNIMA APROXIMADAS 0,77M. ALTURA MÁXIMA APROXIMADAS 1,25M. DIMENSÕES APROXIMADAS DA BANDEJA: 43CM DE COMP. X 30,5 CM DE LARG. MEDIDAS DA EMBALAGEM 0,73 X 0,50 X 0,58.	UND	30		
28	MESA PARA EXAME CLÍNICO COM CABECEIRA REGULÁVEL ESTOFADO. CABECEIRA RECLINÁVEL 03 POSIÇÕES CONSTRUÍDA EM TUBOS PINTADOS DE 1 1/4; LEITO ESTOFADO COM CHAPA MDF DE 12MM COM CABECEIRA REGULÁVEL; REVESTIMENTO EM CORANO; PÉS COM PONTEIRAS PLÁSTICAS; DIMENSÕES: 1,80X0,55X0,80M; TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO, PINTURA ELETROSTÁTICA À PÓ; OPCIONAL SUPORTE PAPEL SUPORTA ATÉ 150 KG	UND	40		
29	POLTRONA HOSPITALAR RECLINÁVEL. ESTRUTURA: CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO 1" X 1,20 MM E TUBOS PINTADOS. BASE EM TUBOS 1" X 1.20 MM. ESTOFADOS EM ESPUMA REVESTIDOS EM CORANO, ASSENTO, ENCOSTO, BRAÇOS LATERAIS COM REVESTIMENTO TOTAL E BASE/SUPORTE PARA PÉS. CAPACIDADE: ATÉ 120 KG. PÉS: PONTEIRAS PLASTICA EM PVC ANTIDERRAPANTE. ACABAMENTO: TAPEÇARIA COSTURADA, ESPUMA D23. PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COM ANTERIOR TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO, SECAGEM EM ESTUFA. DIMENSÕES APROXIMADAS C X L X A: 1,80 X 0,80 X 0,65	UND	55		



30	SUPOORTE PARA SORO (SEM RODAS) E REGULAGEM DE ALTURA. FABRICADO EM TUBO DE AÇO CARBONO QUADRADO 25 X 25 X 1.20 MM, TUBO DE AÇO CARBONO 7/8 X 1.20 MM, TUBO DE AÇO CARBONO 5/8 X 1.20 MM, E MECÂNICO MACIÇO DE 1/4. ACABAMENTO COM PINTURA EPÓXI ELETROSTÁTICA - PRENSA TUBO PARA REGULAGEM DE ALTURA E PONTEIRAS DE ACABAMENTO. PESO MÁXIMO SUPOSTADO: 5 KG. DIMENSÕES: ALTURA MÍNIMA: 190 CM; ALTURA MÁXIMA: 215 CM; LARGURA: 44,5 CM	UND	25			
31	SUPOORTE PARA SORO COM REGULAGEM DE ALTURA. FABRICADO EM TUBO DE AÇO CARBONO QUADRADO 25X25X1.20 MM, TUBO DE AÇO CARBONO 7/8X1.20MM, TUBO DE AÇO CARBONO 5/8X1.20 MM, E MECÂNICO MACIÇO DE 1/4. ACABAMENTO COM PINTURA ELETROSTÁTICA - PRENSA TUBO PARA REGULAGEM DE ALTURA E PONTEIRAS DE ACABAMENTO. ALTURA MÁXIMA 2.15 METROS , E ALTURA MÍNIMA 1.85 METROS. ACOMPANHAM RODAS.	UND	47			
TOTGAL GERAL						

Importa o presente orçamento no valor total de R\$ _____

Por extenso (_____).

Todas as despesas dos serviços deverão ser consideradas, tais como fretes, disponibilização de softwares, seguros, contribuições sociais e demais despesas com pessoal e outras que possam incidir, bem como taxa de administração, lucro etc.

Prazo de início dos serviços: 02 dias após a ordem de serviços.

Validade da proposta: 60 (sessenta) dias



Local e data, ____ de _____ de 2024

Assinatura e Carimbo CNPJ

OBS: Mais informações poderão ser obtidas através do Setor de Compras da Prefeitura Municipal de Tianguá pelo e-mail: compras@tiangua.ce.gov.br.

Tianguá-CE, 11 de julho de 2024



FRANCISCO JACINTO DE SÁ
Encarregado do Setor de Compras

**SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 26062024/02. - SESA**

ÓRGÃO	Secretaria de Saúde.
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	0601 / 0602.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	10 122 0007 2.037 – Gestão e Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde
ELEMENTO DE DESPESA	4.4.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente
FONTE DE RECURSO	Recurso Próprio

1. OBJETO:

1.1. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES HOSPITALARES PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E TODOS OS SETORES A ELA VINCULADOS.

2. JUSTIFICATIVA:

2.1. A contratação pretendida é necessária para equipar adequadamente a Secretaria Municipal de Saúde e setores a ela vinculados. Vale dizer que o uso contínuo dos mobiliários enseja o desgaste e danificação dos mesmos, comprometendo a estrutura física dos ambientes de trabalho, a rotina administrativa e a saúde do servidor, que passa a maior parte do seu tempo no ambiente de trabalho. Para tanto, se faz necessário realizar constantes investimentos na estrutura e bem estar dos ambientes, a fim de proporcionar condições ideais para o desenvolvimento das atividades, bem estar e acolhimento aos servidores e munícipes que frequentam as repartições públicas.

3. PRAZO DE ENTREGA

3.1. O prazo para o recebimento no Almoxarifado da Secretaria de Saúde, será de até 10 (DEZ) dias corridos, contados a partir do recebimento da Ordem de Fornecimento, expedida pela Secretaria Municipal de Saúde – SEMSA.

4. FISCAL DE CONTRATO

4.1. Patrícia Barbosa Lima de Moura, Portaria 72A /2019, 13 de novembro de 2019.

5. DAS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS DO OBJETO

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	SESA	TOTAL
01	Antropometro Horizontal. Escala numérica em centímetros, com graduação (precisão) de 1 mm. Escala numérica com, no mínimo, 100 cm úteis (o tamanho total da escala pode variar conforme o modelo e o fabricante, contudo deve permitir a medição de indivíduos com, no mínimo 100 cm de comprimento). Escala numérica com indicação da dezena (em números maiores) a cada 10 cm. Cursor (haste móvel) com, no mínimo, 5 cm de largura e 25 cm de comprimento; com deslizamento suave e estável. Deve-se manter um ângulo de 90 graus com a escala numérica durante toda a medição, podendo haver um reforço na parte da haste móvel que desliza pela escala numérica, a fim de garantir a manutenção da correta angulação durante seu deslocamento para cima ou para baixo. Base (haste fixa) com, no mínimo, 10 cm de largura e 25 cm de comprimento.	UND	25	25



02	Antropometro Vertical Fixo. Escala numérica em centímetros, com graduação (precisão) de 1 mm. Escala numérica com, no mínimo, 220 cm úteis (o tamanho total da escala pode variar conforme o modelo e o fabricante, contudo deve permitir a medição de indivíduos com, no mínimo, 220 cm de estatura). Escala numérica com indicação da dezena (em números maiores) a cada 10 cm. Cursor (haste móvel) de metal, removível, com deslizamento suave e estável (após o equipamento ser fixado na parede, o cursor deve formar um ângulo de 90 graus com a escala numérica e manter essa angulação durante toda a medição). Cursor (haste móvel) com, no mínimo, 5 cm de largura e 25 cm de comprimento. Fixação na parede por múltiplos pontos (parafusos nas extremidades superior e inferior).	UND	25	25
03	Detector Fetal Portátil Digital. Transdutor de alta sensibilidade; Compacto, leve e fácil operação; Alto-falante de alta performance; Entrada para fone de ouvido, gravador de som ou computador; Design ergonômico e compartimento para transdutor; Botão liga/desliga e controle de volume e desligamento automático; Tela de LCD para visualização numérica do batimento cardíaco fetal; Alimentação por 2 pilhas AA de 1,5V; Sensibilidade a partir de 10-12 semanas.	UND	125	125
04	Esfigmomanômetro Aparelho De Pressão Premium Infantil. Acompanha Estojo. Características:- Possui selo do INMETRO- Manguito e pêra em pvc- Braçadeira para aparelho de pressão em nylon- Fecho em tiras duplas aderentes- Braçadeira para circunferência de braço de 10 à 18 cm (1 à 7 anos).- Acompanha estojo para viagem	UND	82	82
05	Esfigmomanômetro Para Obeso Com Braçadeira 34 X 52 Cm. 01 Aparelho de Pressão OBESO (34 a 52cm) em Nylon com Fecho de Contato BIC - New Innova Plus; 01 Bolsa para acondicionamento; 01 Manual de instruções; 01 Certificado de garantia válido por 3 anos.	UND	55	55
06	Estetoscópio infantil	UND	85	85
07	Lanterna de LED profissional portátil para diagnóstico clínico, exame oftalmológico, caneta de verificação de pupila, luz para médico enfermeiro	UND	47	47
08	Laringoscópio Adulto. 5 LÂMINAS AÇO INOX	UND	05	05
09	Laringoscópio Convencional Pediátrico com 3 Lâminas.	UND	05	05
10	Régua Antropométrica Infantil Madeira. Régua antropométrica pediátrica constituída em marfim, medindo 1 metro de comprimento e mandíbula retrátil, contendo marcação em milímetros, super prática e leve com escala de 100 cm graduação em milímetros numeradas a cada centímetro. Especificações: - Madeira marfim; - 1 metro de comprimento; - Possui marcador removível; - Indicado para medir crianças; - Régua antropométrica pediátrica; - Constituída em madeira marfim padrão.	UND	30	30
11	CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA (EQUIPO, SUGADOR, REFLETOR) - Cadeira Odontológica completa, estrutura construída em aço maciço, com tratamento anticorrosivo e revestida em poliestireno alto impacto, proporciona maior segurança, resistência e durabilidade ao conjunto. Acionamentos pelo pedal - Programação de trabalho. - Acionamento do refletor com ajuste da intensidade. - Volta automática à posição zero, com movimentos sincronizados. Subida e descida do assento. - Subida e descida do encosto. - Interrupção dos movimentos da cadeira ao acionar qualquer tecla. Três programações de trabalho com memorização do status do refletor; Estofamento amplo, com apoio lombar ressaltado, montado sobre estrutura rígida recoberta com poliuretano injetado de alta resistência, revestido com material laminado, sem costura. Filtro de detritos de fácil acesso para limpeza. Ambidestro TERMINAIS: NOMÍNIMO 3 CABECEIRA: BIARTICULADACOMANDO DA CADEIRA: PEDAL EQUIPO:ACLOPLADO PNEUMÁTICO ACOPLADOREFLETOR: MULTIFOCAL (MAIS DE UMA INTENSIDADE) CUBA: PORCELANA/CERÂMICA UNIDADE AUXILIAR: 2 SUGADORES SERINGA TRÍPLICE: POSSUI CANETA DE ALTA ROTAÇÃO: POSSUI CONTRA ÂNGULO: POSSUI PEÇA RETA: POSSUI MICRO	UND	20	20



	MOTOR: POSSUI.			
12	Compressor de Ar Odontológico. Isento de óleo, equipado com filtro redutor de ruídos. Possui rodas e alças que facilitam o transporte. 220V. Potência do Motor: 2 HorseP – 1,5 kW. Número de polos: 4. Volume do reservatório: 50 L	UND	20	20
13	EQUIPO KART ODONTOLÓGICO COM 03 TERMINAIS + SERINGA TRIPLICE - Polido. Ambidestro, montagem para destros Modelo com 04 terminais de série, sendo 01 terminal com seringa triplice e 03 terminais Borden (para Alta ou Baixa Rotação) e suporta até 06 os instrumentos, com opcionais (que são: Micro motor elétrico, Fotopolimerizador, e Ultrassom), bem como os mecanismos que permitem que estes instrumentos funcionem. Estes instrumentos ativos, normalmente chamados de peças de mão, utilizam para o seu funcionamento, líquido para refrigeração (água), ar comprimido e eletricidade. Equipo Odontológico Cart com unidade rodante com quatro rodízios duplos de alta resistência, montado em pedestal tubular totalmente em aço, super estável, tratado com banhos antioxidante e antiferruginoso, com pintura lisa resistente e de alto, acabamento em polímero de alto impacto, acompanha bandeja dupla de inox com abas laterais. Seringa triplice com botões de acionamento para água, ar e simultaneamente spray. Terminais para acoplamento das pontas tipo borden universal, com acionamento pneumático, para uma alta rotação refrigerada e um micro motor de baixa rotação com refrigeração. Reservatório de água pressurizada, com bocal de nylon para evitar oxidação e deterioração ao longo do tempo com capacidade para 500ml, suporte de pontas com abertura e fechamento pneumático automático e seleção automática das pontas. Sistema de válvulas pneumáticas individuais para cada ponta. Pedal único de acionamento em qualquer posição com sistema progressivo. Suportes de pontas injetados e posicionados em ângulo para facilitar o manuseio e evitar a queda das peças de mão. Puxadores laterais ou central em alumínio e canhotos.	UND	20	20
14	Ultrassom + Jato de Bicarbonato odontológico. Equipamento com várias aplicações. Na traseira do equipamento fica localizada a chave geral. Entrada de água e ar diferentes para evitar ligação invertida. Pedal de acionamento único. Tecnologia: Proporciona regulagem precisa através da ampla variação do fluxo de água. Permite trabalhos sem refrigeração. Apresenta iluminação interna do reservatório de bicarbonato para facilitar a visão do volume de bicarbonato. Transdutor do ultrassom piezoelétrico através de pastilhas cerâmicas com frequência de 32.000Hz estabilizado eletronicamente. Caneta de ultrassom com LED, também conta com uma capa de silicone da caneta que pode ser removível e autoclavável. Seletor automático do modo de operação ao retirar uma das canetas do suporte: ultrassom ou jato de bicarbonato. Caneta jato de bicarbonato que apresenta um design exclusivo. Ultrassom: Ajuste no painel sensível e preciso de sua potência e do fluxo de refrigeração. Executa procedimentos sem uso de refrigeração, como: condensação de amálgama, cimentação de onlays/inlays. Alta frequência na ponta ativa. Ajuste de potência do ultrassom linear entre 0% e 100%. Acompanham o equipamento: pontas T1, T2, T3 e T4. Jato de Bicarbonato: Peça de mão metálica, removível e com ponteira autoclavável. Confeccionada em alumínio anodizado. Boa resistência aos procedimentos de desinfecção. Apresenta ponteira de longo alcance. Filtro de ar com drenagem automática. Tampa do reservatório de bicarbonato com propriedade de visualização de conteúdo.	UND	20	20
15	BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO. Material de confecção: aço inoxidável; Apoio do braço: aço inoxidável; Tipo: pedestal altura regulável	UND	40	40
16	Cadeira Mocho Sem Encosto Base giratória em Nylon, possui: espuma injetada no assento e pistão a gás.	UND	20	20
17	CADEIRA MOCHO. Base giratória em Nylon, possui: espuma injetada no assento e no encosto e pistão a gás.	UND	20	20



18	Cama Hospitalar Mod 1037S. Movimentos: Elevação dorsal, Fowler, Semi-fowler, Flexão de pernas, Cardíaco e Sentado, trendeleburg, Proclive, Posição Poltrona. Regulagem de altura (56 a 78cm). Inclinação do leito de 55º Graus. Acionamento através de motores elétricos bivolt, com controle remoto. Estrutura em Aço carbono com tratamento antiferruginoso e acabamento em pintura eletrostática a pó. Cabeceiras removíveis em material injetado decorativo. Acompanha grades em material termoplástico injetado. Base revestida em carenagem decorativa. Rodízios de 4" com freios. Capacidade máxima: 150kg. Dimensões úteis: 1,90 x 0,90.	UND	12	12
19	CARRINHO DE EMERGÊNCIA C/4 GAVETAS. Em chapa de aço em pintura epóxi, estrutura reforçada, 4 rodízios de 3" giratórios, sendo 02 com freios, com 4 gavetas sendo a 1º com 20 divisórias e as outras três, para uso geral. Mesa superior em aço inox para preparação de medicamentos. Possui sistema de travas nas gavetas; 02 rodízio giratórios com freios; 1º gaveta com 20 divisórias para medicamentos; Facilidade para o transporte e acomodação de artigos médico-hospitalares; Possui suporte para cilindro de oxigênio de 3 litros. Acompanha suporte para cilindro de oxigênio; Suporte para soro; Suporte para cardioversor ou desfibrilador; Tábua para massagem cardíaca e tomada elétrica. Não acompanha materiais e medicamentos.	UND	05	05
20	ESCADA COM DOIS DEGRAUS EM AÇO OU FERRO PINTADO.	UND	111	111
21	Foco Ginecológico Com Espelho E Haste Flexível E Lâmpada Led	UND	25	25
22	Foco refletor Parabólico Luz fria em aço inox. Tripé em aço inox, com rodízios, base em tubo de aço inox, haste flexível e cabeça cromada, altura min. 1,250 mm, altura Max. 1,600mm.> Lampada Superled. > Bivolt automático. > Luz Branca fria 6400k. >Sem emissão de UR e IR. >Economiza 90% de energia. > Potencia equivalente 50 watts.	UND	75	75
23	Maca Divã para Ambulatório Próprio para exames, avaliações médicas, repouso, fisioterapia. Estrutura: Confeccionada em tubos de aço de carbono de 1,20 mm, e os pés possuem ponteiros de borracha. Leito: É feito em madeira com espuma de 5 cm, revestida em courvin, e cabeceira possui regulagem de altura através de cremalheiras. Acabamento: Pintura eletrostática feito com pó e o interior sofre tratamento antiferruginoso. Altura: 80 cm; Largura: 60 cm; Comprimento: 180 cm; Peso: 16 Kg; Suporta até: 90 Kg	UND	10	10
24	MACA RETRATIL DE ALUMINIO. Características: Maca Retratil, toda estruturada e adaptada para que apenas uma pessoa possa transportar o paciente para dentro e fora da ambulância; Toda em alumínio; Regulagem cabeceira para melhor posição ao paciente; Conjunto de travamento da maca na ambulância testado em laboratório; Sistema de desarme de fácil manuseio em sua abertura e fechamento; Possui sistema anti-quedas, para mais confiabilidade e segurança dos pacientes. Três Cintos de segurança metálico, altamente resistente; Colchonete em material impermeável fechado eletronicamente para melhor higienização; Dimensões: Altura mínima – 460 mm; Altura máxima – 980 mm; Largura – 550 mm alça a alça; Comprimento do leito – 1750 mm – 1955 mm; Capacidade de carga – 200 Kg; Peso bruto do Produto – 35 kg; caso seja utilizado em veículo será necessário o envio do ano / modelo do veículo, medidas internas / recuo/ altura do piso em relação ao chão, caso seja ambulatório a medida será padronizada : 1.80 x 0,55	UND	05	05
25	Mesa Auxiliar Pintura Epóxi 60x40x80cm com Rodizio. Peso: 6kg. Pés tubulares 3/4 em pintura epóxi com Rodizio de 2", tampo e prateleira em Pintura Epóxi. Dimensões externas aproximadas: Comprimento: 60cm, Largura: 40cm, Altura: 80cm, Espessura da chapa: 0,61 mm bitola 24#, Cubagem: 0,192 M³	UND	45	45



26	MESA GINECOLÓGICA EM AÇO CAP 120KG. Modelo standard armação e gaveta em pintura epóxi, leito fixo totalmente estofado em corino. Acompanha par de porta-coxa estofado com haste em aço zincado e suporte para balde em pintura epóxi. Assento fixo, encosto e peseira reguláveis. Capacidade Máxima: 120kg.	UND	20	20
27	Mesa Mayo Auxiliar Hospitalar Aço Inox - Clínica - Rodízios. Armação tubular com rodízios de 2 totalmente de inox altura regulável por roseta. Acompanha bandeja em aço inox. Altura mínima aproximadas 0,77m. Altura máxima aproximadas 1,25m. Dimensões aproximadas da bandeja: 43cm de comp. x 30,5 cm de larg. Medidas da embalagem 0,73 X 0,50 X 0,58.	UND	30	30
28	Mesa Para Exame Clínico Com Cabeceira Regulável Estofado. Cabeceira Reclinavel 03 posições Construída em tubos pintados de 11/4; Leito estofado com chapa mdf de 12mm com cabeceira regulável; Revestimento em corano; Pés com ponteiros plásticos; Dimensões: 1,80x0,55x0,80m; Tratamento anti-ferruginoso, pintura eletrostática à pó; Opcional suporte papel Suporta até 150 kg	UND	40	40
29	Poltrona Hospitalar Reclinável. Estrutura: Confeccionada em tubo de aço 1" x 1,20 mm e tubos pintados. Base em tubos 1" x 1.20 mm. Estofados em espuma revestidos em corano, assento, encosto, braços laterais com revestimento total e base/suporte para pés. Capacidade: Até 120 kg. Pés: Ponteiros plastica em pvc antiderrapante. Acabamento: Tapeçaria costurada, espuma D23. Pintura eletrostática a pó com anterior tratamento antiferruginoso, secagem em estufa. Dimensões aproximadas C x L x a: 1,80 x 0,80 x 0,65	UND	55	55
30	Suporte Para Soro (SEM Rodas) e Regulagem De Altura. Fabricado em tubo de aço carbono quadrado 25 x 25 x 1.20 mm, tubo de aço carbono 7/8 x 1.20 mm, tubo de aço carbono 5/8 x 1.20 mm, e mecânico maciço de 1/4. Acabamento com pintura epóxi eletrostática - prensa tubo para regulagem de altura e ponteiros de acabamento. Peso Máximo Suportado: 5 kg. DIMENSÕES: Altura Mínima: 190 cm; Altura Máxima: 215 cm; Largura: 44,5 cm	UND	25	25
31	SUPORTE PARA SORO COM REGULAGEM DE ALTURA. Fabricado em tubo de aço carbono quadrado 25x25x1.20 mm, tubo de aço carbono 7/8x1.20mm, tubo de aço carbono 5/8x1.20 mm, e mecânico maciço de ¼. Acabamento com pintura eletrostática - prensa tubo para regulagem de altura e ponteiros de acabamento. Altura Máxima 2.15 metros , e altura mínima 1.85 metros. ACOMPANHAM RODAS.	UND	47	47

Tianguá, 26 de Junho de 2024.


Flávia Araújo Cardoso Procópio
 Secretária Municipal de Saúde



ESTUDO PRELIMINAR SIMPLIFICADO DE CONTRATAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TIANGUÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

1. OBJETO:

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E TODOS OS SETORES A ELA VINCULADOS.

2. JUSTIFICATIVA PARA A CONTRATAÇÃO:

A contratação pretendida é necessária para equipar adequadamente a Secretaria Municipal de Saúde e Setores vinculados. Vale dizer que o uso contínuo dos mobiliários enseja o desgaste e danificação dos mesmos, comprometendo a estrutura física dos ambientes de trabalho, a rotina administrativa e a saúde do servidor, que passa a maior parte do seu tempo no ambiente de trabalho. Para tanto, se faz necessário realizar constantes investimentos na estrutura e bem estar dos ambientes, a fim de proporcionar condições ideais para o desenvolvimento das atividades, bem estar e acolhimento aos servidores e munícipes que freqüentam as repartições públicas.

3. EXISTE ALGUMA EXIGÊNCIA ESPECÍFICA EM PARTICULAR A RESPEITO DE DOCUMENTAÇÃO PARA ASSEGURAR O SUCESSO DA LICITAÇÃO DE FORMA LEGAL E EFICIENTE?

- NÃO
- SIM

3.1. CASO EXISTA ALGUMA EXIGÊNCIA ESPECÍFICA EM PARTICULAR A RESPEITO DE DOCUMENTAÇÃO PARA ASSEGURAR O SUCESSO DA LICITAÇÃO DE FORMA LEGAL E EFICIENTE, QUAL OU QUAIS SERIAM?

Não há.

4. JUSTIFICATIVA DA REFERÊNCIA DAS QUANTIDADES A SEREM LICITADAS.

As quantidades a serem licitadas foram definidas através da necessidade emergencial, bem como consultas junto a alguns setores da Secretaria de Saúde.

5. EXISTE ALGUMA OBSERVAÇÃO QUANTO A FORMA E PRAZO DE ENTREGA DOS ITENS A SEREM LICITADOS.

Até 10 dias corridos.



6. EXISTE ALGUMA OBSERVAÇÃO ESPECÍFICA QUANTO A FORMA DE PAGAMENTO DOS ITENS LICITADOS?

Até 30 dias após o recebimento da mercadoria e respectivas notas fiscais.

7. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO COM QUAL/QUAIS FONTES DE RECURSO?

RECURSO PRÓPRIO RECURSO ESTADUAL RECURSO FEDERAL

8. EXISTE ALGUMA EXIGÊNCIA ESPECÍFICA QUANTO AS OBRIGAÇÕES A SEREM EXECUTADAS PELA CONTRATADA OU PELA CONTRATANTE QUE DEVEM CONSTAR NO CONTRATO, QUAL/QUAIS SERIAM?

Não há observações para o presente processo.

9. EXISTE FISCAL DE CONTRATO DEVIDAMENTE NOMEADO PARA FISCALIZAR O CUMPRIMENTO DO INSTRUMENTO CONTRATUAL, DEVIDAMENTE NOMEADO ATRAVÉS DE ATO/PORTARIA DE DESIGNAÇÃO?

Patrícia Barbosa Lima de Moura, Portaria 72A/2019 ,13 de novembro de 2019

Declaramos para os devidos fins, a viabilidade para realização dos procedimentos a fim de se obter a contratação para o presente objeto, conforme este estudo preliminar simplificado.

REPONSAVÉL PELA ELABORAÇÃO:


RONALDO ESCÓRCIO DE BRITO JUNNIOR
FISCAL DE CONTRATO DA SECRETARIA DE SAÚDE

DE ACORDO:


FLÁVIA ARAÚJO CARDOSO PROCÓPIO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE



Nº PROCESSO		DATA	
SECRETARIA			
OBJETO:			

- Termo de Referência
 Projeto Básico

Secretária Municipal

.....
CONTROLADORIA

OBSERVAÇÕES:		
AUTORIZAÇÃO	Assinatura Prefeita	Tianguá, ___/___/___
	Assinatura do Responsável	Tianguá, ___/___/___
Assinatura do Responsável		
Tianguá, ___/___/___		

COLETA DE PREÇOS

AUTORIZAÇÃO	Assinatura Prefeita	Tianguá, ___/___/___
OBSERVAÇÕES:		
Assinatura do Responsável Pela Coleta de Preço		
Tianguá, ___/___/___		

Graci



LICITAÇÃO

AUTORIZAÇÃO	Assinatura Prefeita	Tianguá, ___ / ___ / ___
OBSERVAÇÕES:		
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL (PRESIDENTE OU PREGOEIRO)		
Tianguá, ___ / ___ / ___		

Handwritten signature