



inspiratório e expiratório, deve contemplar os dados ventilatórios mínimo espontâneo e com frequência programada, visor com indicadores numéricos das pressões e frequência respiratória programada e leitura do volume corrente compensação automática na presença de vazamento maior ou igual de 60l/min: alimentação elétrica bivolt 120/220 volts automático. Os ajustes ventilatórios devem permitir os intervalos de pressão inspiratório de 4 a 30 cm de H2O, pressão respiratória final de 4 a 20cm H2O, pressão contínua na via aérea de 4 a 20cm H2O, frequência respiratória de 30 ipm, tempo inspiratório de 0,5 a 3 segundos, rampa programável, tempo de subida: 150-600ms: tela de LCD pala visualização da pressão, frequência, volume cometo e vazamento: alarmes de falha elétrica e desconexão. com manutenção e reposição de acessórios. Incluso os seguintes acessórios: base umidificadora aquecida. jarra para umidificador aquecida, máscara facial/nasal em silicone, circuito e filtro bacteriológico.				
VALOR TOTAL				

Importa o presente orçamento no valor total de R\$ _____ por extenso
(_____).

Todas as despesas dos serviços deverão ser consideradas, tais como fretes, disponibilização de softwares, seguros, contribuições sociais e demais despesas com pessoal e outras que possam incidir, bem como taxa de administração, lucro etc.


Prazo de início dos serviços: 02 dias após a ordem de serviços.
Validade da proposta: 60 (sessenta) dias.

Local e data, ____ de _____ de 2022.

Carimbo e Assinatura

OBS: Mais informações poderão ser obtidas através do Setor de Compras da Prefeitura Municipal de Tianguá pelo e-mail: compras@tiangua.ce.gov.br e Fone: (88) 3671-2288.

Tianguá-CE, 17 de outubro de 2022.


JOELSON MAX DA SILVA AMARAL
Encarregado do Setor de Compras

SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº. 05102022/01-SESA.

ÓRGÃO	01 Secretaria de Saúde
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	0601
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	10 122 0007 2.040 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde.
ELEMENTO DE DESPESA	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica.
FONTE DE RECURSO	Recurso Próprio.

1. OBJETO:

Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de locação de aparelhos respiratórios, destinados ao uso domiciliar de pacientes com indicação médica, atendidos pela Secretaria de Saúde do município de Tianguá-CE.

2. JUSTIFICATIVA:

Se faz necessário a locação dos aparelhos para atendimento aos pacientes que fazem tratamento com oxigenoterapia domiciliar, seja para tratamento de COVID-19 ou outras enfermidades e visto que a aquisição dos referidos aparelhos, seria bastante onerosa para o Município.

Considerando o atendimento ao princípio da eficiência, eficácia e salvaguarda do bem estar de todos os possíveis usuários do sistema de saúde no que tange as necessidades do objeto pretendido.

Considerando o término da vigência do contrato com a Secretaria de Saúde dessa empresa no próximo dia 26/10/2022.

Considerando que a descontinuidade dos serviços em voga pode gerar um caos administrativo, especialmente pelos serviços dessa empresa tratarem-se de serviços puramente essenciais.

Nesse contexto, o município de Tianguá, através da Secretaria de Saúde, sabendo da relevância da matéria, pretende realizar a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de locação de aparelhos respiratórios, destinados ao uso domiciliar de pacientes com indicação médica, atendidos pela Secretaria de Saúde do município de Tianguá-CE.

3. PRAZO DE ENTREGA

3.1 A empresa vencedora do certame deverá entregar os objetos solicitados em até 02 (dois) dias após a solicitação formal da Secretaria de Saúde.

4. FISCAL DE CONTRATO

Ronaldo Escórcio de Brito Júnior, Portaria de nº 04, de 13 de novembro de 2019.





5. DAS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS DO OBJETO

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QUANT.	SESA	PERÍODO/ MÊS
1	Serviço de locação de aparelho CPAP – gerador de ar de pressão positiva automática nas vias aéreas, ajustar a respiração da pressão para o conforto máximo, com cartão de dados (180 sessões de dados sumários, cinco sessões de dados detalhados), deixar seu clínico mudar remotamente seus ajustes da terapia sem uma visita, ajuste automático da altura, escala da pressão operando-se: 4-20cm H2O. Fonte de alimentação: ccca. 100/240V, com manutenção e reposição de acessórios. Incluso os seguintes acessórios: umidificador aquecido, máscara facial/nasal em silicone, traquéia, filtros, cabo de força, fonte de alimentação, cartão de memória e bolsa para transportes.	SERVIÇO	84	84	12 Meses
2	Serviço de locação de aparelho BIPAP – Ventilação mecânica não invasiva, portátil e compacta, para pacientes pediátrico e adulto. Com frequência respiratória, equipamento para ventilação não invasiva, bi-nível, gerador de fluxo com dois níveis de pressão, inspiratório e expiratório, deve contemplar os dados ventilatórios mínimo espontâneo e com frequência programada, visor com indicadores numéricos das pressões e frequência respiratória programada e leitura do volume corrente compensação automática na presença de vazamento maior ou igual de 60l/min: alimentação elétrica bivolt 120/220 volts automático. Os ajustes ventilatórios devem permitir os intervalos de pressão inspiratório de 4 a 30 cm de H2O, pressão respiratória final de 4 a 20cm H2O, pressão contínua na via aérea de 4 a 20cm H2O, frequência respiratória de 30 ipm, tempo inspiratório de 0,5 a 3 segundos, rampa programável, tempo de subida: 150-600ms: tela de LCD para visualização da pressão, frequência, volume cometo e vazamento: alarmes de falha elétrica e desconexão. com manutenção e reposição de acessórios. Incluso os seguintes acessórios: base umidificadora aquecida, jarra para umidificador aquecida, máscara facial/nasal em silicone, circuito e filtro bacteriológico.	SERVIÇO	84	84	12 Meses

Tianguá, 05 de Outubro de 2022.


REJARLEY VIEIRA DE LIMA
SECRETÁRIO DE SAÚDE