

	6 Perspectivas de visibilidade no display; Pulsação exibida pelo gráfico; Compacto, leve e de fácil transporte; Desliga automaticamente; Mede em dedos de crianças e adultos; Visor Digital: OLED unicolor; Método de Medição: Fotoelétrico; Faixa de Medição: SpO2: 70 ~ 99% / Pulso: 30 ~ 235 bpm; Pulsação: Representação gráfica do pulso no visor; Precisão: SpO2: $\pm 2\%$ / Pulso: $\pm 2\%$ Durabilidade das pilhas: 30 horas de funcionamento contínuo; Luminosidade: 10 graduações de luminosidade do visor, a nº4 representa a média. Registro na ANVISA.					
03	APARELHO DE PRESSÃO DIGITAL AUTOMÁTICO DE PULSO. É um aparelho muito utilizado por profissionais de saúde para medir a pressão arterial, sendo considerado um dos métodos mais confiáveis para avaliar esse valor fisiológico. São bastante portáteis e os mais fáceis de utilizar, não precisando de estetoscópio para obter o valor da pressão arterial.	Unidade	238			
TOTAL GERAL						

Importa o presente orçamento no valor total de R\$ _____ (por extenso).

Todas as despesas dos serviços deverão ser consideradas, tais como fretes, disponibilização de softwares, seguros, contribuições sociais e demais despesas com pessoal e outras que possam incidir, bem como taxa de administração, lucro etc.

Prazo de início dos serviços: 02 dias após a ordem de serviços.

Validade da proposta: 60 (sessenta) dias.

Local e data, _____ de _____ de 2022.

Carimbo e Assinatura



OBS: Mais informações poderão ser obtidas através do Setor de Compras da Prefeitura Municipal de Tianguá pelo e-mail: compras@tiangua.ce.gov.br e Fone: (88) 3671-2288.

Tianguá-CE, 05 de agosto de 2022.

JOELSON MAX DA SILVA AMARAL

Encarregado do Setor de Compras



SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº. 02082022/01 SESA

ÓRGÃO	06 - Secretaria de Saúde
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	0601
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	10.122.0007.2.040 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde
ELEMENTO DE DESPESA	3.3.90.30.00 - Material de consumo
FONTE DE RECURSO	Recurso Próprio e Recurso Federal.

1. OBJETO:

A presente licitação tem por objeto a aquisição de materiais de consumo e permanente diversos no âmbito do Programa Saúde com Agente, Portaria Nº 1981, 28 de junho de 2022, sendo o município de Tianguá-CE contemplado com este incentivo financeiro do Ministério da Saúde.

2. JUSTIFICATIVA:

A aquisição deste objeto se faz necessário para assegurar o cumprimento das atividades do Programa Saúde com Agente, Portaria Nº 1981, 28 de junho de 2022.

Ressalta-se que o incentivo dessa Portaria tem como objetivo apoiar as ações do Programa acima descrito e que o município deve entrar com a contrapartida para garantir o acesso e a compra dos materiais/equipamentos exigidos pelo Programa.

3. PRAZO DE ENTREGA

Os produtos licitados deverão ser entregues no prazo máximo de 10 (dez) dias a contar do recebimento da ordem de compra, nos locais determinados pelo órgão solicitante.


4. FISCAL DE CONTRATO

Ronaldo Escórcio de Brito Júnior



5. DAS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS DO OBJETO

01- MATERIAL DE CONSUMO				
ITEM	UNID	ESPECIFICAÇÃO	SESA	TOTAL
1	Unidade	Monitor de Glicemia Completo (Lançador+ Lançetas+ Tiras Chip+ Monitor+Estojo) Monitor On Call Plus.	238	238
2	Unidade	OXIMETRO DE PULSO - A oximetria de pulso é o método de monitorização não invasivo que serve para determinar, no sangue arterial, a saturação do oxigênio mediante um fotossensor. No visor aparece o valor medido da saturação da hemoglobina. Display de uma cor; Case de Protecção; Alta precisão, clinicamente testado; Fácil utilização, apenas um toque no botão; Tamanhos diferenciados, para dedos de crianças e adultos; 6 Perspectivas de visibilidade no display; Pulsação exibida pelo gráfico; Compacto, leve e de fácil transporte; Desliga automaticamente; Mede em dedos de crianças e adultos; Visor Digital: OLED unicolor; Método de Medição: Fotoelétrico; Faixa de Medição: SpO2: 70 ~ 99% / Pulso: 30 ~ 235 bpm; Pulsação: Representação gráfica do pulso no visor. Precisão: SpO2: ± 2% / Pulso: ± 2% Durabilidade das pilhas: 30 horas de funcionamento contínuo; Luminosidade: 10 graduações de luminosidade do visor, a nº4 representa a média. Registro na ANVISA.	238	238



ITEM		UNID	ESPECIFICAÇÃO	SESA	TOTAL
1	Unidade		APARELHO DE PRESSÃO DIGITAL AUTOMÁTICO DE PULSO. É um aparelho muito utilizado por profissionais de saúde para medir a pressão arterial, sendo considerado um dos métodos mais confiáveis para avaliar esse valor fisiológico. São bastante portáteis e os mais fáceis de utilizar, não precisando de estetoscópio para obter o valor da pressão arterial.	238	238

Tianguá, 02 de Agosto de 2022.

REJARLEY MEIRA DE LIMA

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TIANGUÁ



ESTUDO PRELIMINAR SIMPLIFICADO DE CONTRATAÇÃO

Prefeitura Municipal de Tianguá
Secretaria Municipal de Saúde

1. OBJETO:

A presente licitação tem por objeto a aquisição de materiais de consumo e permanente diversos no âmbito do Programa Saúde com Agente, Portaria Nº 1981, 28 de junho de 2022, sendo o município de Tianguá-CE contemplado com este incentivo financeiro do Ministério da Saúde.

2. JUSTIFICATIVA PARA A CONTRATAÇÃO:

A aquisição deste objeto se faz necessário para assegurar o cumprimento das atividades do Programa Saúde com Agente, Portaria Nº 1981, 28 de junho de 2022. Ressalta-se que o incentivo dessa Portaria tem como objetivo apoiar as ações do Programa acima descrito e que o município deve entrar com a contrapartida para garantir o acesso e a compra dos materiais/equipamentos exigidos pelo Programa.

3. EXISTE ALGUMA EXIGÊNCIA ESPECÍFICA EM PARTICULAR A RESPEITO DE DOCUMENTAÇÃO PARA ASSEGURAR O SUCESSO DA LICITAÇÃO DE FORMA LEGAL E EFICIENTE?

- NÃO
- SIM

3.1. CASO EXISTA ALGUMA EXIGÊNCIA ESPECÍFICA EM PARTICULAR A RESPEITO DE DOCUMENTAÇÃO PARA ASSEGURAR O SUCESSO DA LICITAÇÃO DE FORMA LEGAL E EFICIENTE, QUAL OU QUAIS SERIAM?

Não há exigências para o presente processo.

4. JUSTIFICATIVA DA REFERÊNCIA DAS QUANTIDADES A SEREM LICITADAS.

Foram baseados no número de pessoas inscritas no Programa Saúde com Agente pela Coordenação da Atenção Básica.

5. EXISTE ALGUMA OBSERVAÇÃO QUANTO A FORMA E PRAZO DE ENTREGA DOS ITENS A SEREM LICITADOS.

Os produtos licitados deverão ser entregue no prazo máximo de 10 (dez) dias a contar da expedição da Ordem de Serviço emitida pela Secretaria de Saúde. Deverá ser entregue no almoxarifado da Secretaria de Saúde ou em local determinado na Ordem de Serviço.



6. EXISTE ALGUMA OBSERVAÇÃO ESPECÍFICA QUANTO A FORMA DE PAGAMENTO DOS ITENS LICITADOS?

Não há observações para o presente processo

7. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO COM QUAL/QUAIS FONTES DE RECURSO?

RECURSO PRÓPRIO RECURSO ESTADUAL RECURSO FEDERAL

8. EXISTE ALGUMA EXIGÊNCIA ESPECÍFICA QUANTO AS OBRIGAÇÕES A SEREM EXECUTADAS PELA CONTRATADA OU PELA CONTRATANTE QUE DEVEM CONSTAR NO CONTRATO, QUAL/QUAIS SERIAM?

Não há observações para o presente processo

9. EXISTE FISCAL DE CONTRATO DEVIDAMENTE NOMEADO PARA FISCALIZAR O CUMPRIMENTO DO INSTRUMENTO CONTRATUAL, DEVIDAMENTE NOMEADO ATRAVÉS DE ATO/PORTARIA DE DESIGNAÇÃO?

Ronaldo Escórcio de Brito Júnior, Portaria nº 04, de 13 de novembro de 2019.

Declaramos para os devidos fins, a viabilidade para realização dos procedimentos a fim de se obter a contratação para o presente objeto, conforme este estudo preliminar simplificado.

REPONSAVÉL PELA ELABORAÇÃO:


RONALDO ESCÓRCIO DE BRITO JUNNIOR
Fiscal de Contrato da Secretaria de Saúde

DE ACORDO:


REJARLEY VIEIRA DE LIMA
Secretário Municipal de Saúde de Tianguá